

# サルモネラ属菌細菌検査技能試験の評価方法

2025年度より

**試料Aと試料Bの2つの判定結果**から評価させていただきます

たとえば**試料A**が**陽性**試料・**試料B**が**陰性**試料であった場合

A・Bの結果が正しい場合のみ満足となります

	<b>試料A</b> ( <b>陽性</b> 試料)	<b>試料B</b> ( <b>陰性</b> 試料)	評価結果
例1	<b>陽性</b> (正)	<b>陰性</b> (正)	満足
例2	<b>陰性</b> (誤)	<b>陰性</b> (正)	不満足
例3	<b>陽性</b> (正)	<b>陽性</b> (誤)	不満足
例4	<b>陰性</b> (誤)	<b>陽性</b> (誤)	不満足